



BIOSTRATEG



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju



Gdynia, dnia 13.04.2017 r.

Nr sprawy PN/11/FZP/NB/2017

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa sprzętu laboratoryjnego**

Zamawiający – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu złożono następujące pytania do treści SIWZ:

Zadanie 1- Liofilizator stołowy z wyposażeniem

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści liofilizator ze sterowaniem mikroprocesorowym z wyświetlaniem parametrów procesu na wyświetlaczu LCD: wartości próżni panującej w układzie jedynie w mBar; temperatury jedynie w °C; czasu pracy aparatu/pompy ale bez wyświetlania czasu od ostatniego serwisowania aparatu/pompy? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści liofilizator bez dźwiękowego i wizualnego alarmu w przypadku konieczności serwisowania pompy oraz wykrycia wilgoci w kolektorze liofilizatora? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści liofilizator bez czujnika wilgoci? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści liofilizator z możliwością ciągłego zbierania danych z urządzenia przez komputer? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści liofilizator o głębokości 575 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.



BIOSTRATEG



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju



MORSKI
INSTYTUT
RYBACKI
PAŃSTWOWY
INSTYTUT
BADAWCZY

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ oraz zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.mir.gdynia.pl/>

W imieniu Zamawiającego

Dyrektor
dr Emil Kuzebski