

FZP/ w / 177 /2017

Gdynia, 09.05.2017 r.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 € NETTO, DO KTÓREGO PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NIE STOSUJE SIĘ

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Pzp.

II. PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

III. NUMER POSTĘPOWANIA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Postępowanie nr 06/FZP/NE/2017

Przedmiotem zamówienia przedmiotem jest dostawa urządzeń dla Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego w dwóch zadaniach:

- a) Zadanie 1 – dostawa analizatora tekstury do badania produktów spożywczych,
- b) Zadanie 2 – dostawa pH-metru do badania pH cieczy i produktów spożywczych.

IV. SPOSÓB POWIADOMIENIA WYKONAWCÓW

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12.04.2017r.
W terminie do dnia 26.04.2017 r. do godz. 10.30 wpłynęły 3 oferty:

- 1.CEREUS WENA Adam i Grażyna Witkowsky Sp. j., ul. Biała 19, 87-100 Toruń – zadanie nr 1- 147 903,81 zł brutto, okres gwarancji – 36 miesięcy.
2. SHIM-POL A.M. Borzymowski, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin – zadanie nr 1 -109 900,00 zł brutto, okres gwarancji – 48 miesięcy.
- 3.Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń – zadanie nr 2 – 3 992,58 zł brutto

V. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach zadania nr 1 w związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.
2. Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach zadania nr 2 w związku z tym, iż zaoferowany przedmiot zamówienia tj. załączona do oferty specyfikacja elektrody do pomiaru pH produktów stałych nie spełnia wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia:

- 1) zbyt szeroka końcówka pomiarowa > 8mm,
- 2) w najdalej wysuniętym punkcie końcówka pomiarowa nie jest jedynie ze szkła,
- 3) producent elektrody deklaruje, iż jest ona do badania cieczy (na co na dodatek wskazuje jej kształt) a nie jak wymagał Zamawiający do produktów stałych typu tkanka rybna.

Zamówienie zostanie powtórzone.

W imieniu Zamawiającego

**Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych**

mgr Rafał Geremek