



FZP/w/219/2018/EB

Gdynia, dnia 15.05.2018 r.

**Nr sprawy PN/13/FZP/NB/NC/2018**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na zadania**”.

Zamawiający – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Niżej przekazuję treść pytań i odpowiedzi.

### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu myjkę, zachowując wszystkie pozostałe parametry:  
- częstotliwość 37/80 kHz (2 częstotliwości w 1 urządzeniu)  
- wymiary zbiornika: 300/240/200 mm  
- wymiary zewnętrzne 365/278/321 mm.

### Odpowiedź 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację parametrów technicznych.

W imieniu Zamawiającego  
mgr Rafał Geremek  
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

