

FZP/w/ 320 /2018/TF

Gdynia, dnia 16.07.2018 r.

Dot.: Postępowania PN/05/FZP/NO/2018 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa mikroskopu odwróconego badawczego wraz z wyposażeniem**

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu unieważnienia postępowania z dnia 09.07.2018 dokonanego na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, unieważnieniu czynności odrzucenia oferty oraz o unieważnieniu.

Zamawiający wobec informacji przesłanych przez uczestnika postępowania w dniu 09.07.2018r dokonał:

- Unieważnienia informacji o unieważnieniu postępowania opublikowanej dnia 09.07.2018r.
- Unieważnienia czynności odrzucenia oferty KAWA.SKA Sp. z o.o. Zaczarowanej Róży 1 05-540 Zalesie Górne opublikowanej dnia 09.07.2018r,
- Unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp.

Zamawiający – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu odwróconego badawczego wraz z wyposażeniem, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego wynikającą z dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem art. 29 ust. 1 i 2.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 15.06.2018 Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu odwróconego badawczego wraz z wyposażeniem zamieszczając w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dokładną tabelką oczekiwanych parametrów mikroskopu. Jednym z istotnych dla Zamawiającego parametrów mikroskopu odwróconego jest jego ergonomia, umożliwiająca długotrwałą pracę oraz łatwe przystosowanie do potrzeb różnych pracowników wykonujących na nim prace. Jednym z elementów mających na nią wpływ jest możliwość regulacji kąta nachylenia okularów. W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zdefiniował ten parametr jako: „nasadka ergonomiczna, uchylna, kąt regulacji nachylenia co najmniej 35-85 stopni” co oznacza 50 stopniowy zakres regulacji. W toku postępowania zadano trzy pytania odnośnie tego parametru i możliwości akceptacji przez Zamawiającego nasadek o

zakresie regulacji kąta 30-60 stopni, 15-45 stopni i 30-45 stopni. W przypadku dwóch pierwszych, zakres kąta regulacji wynosi 30 stopni, w przypadku ostatniego, zaledwie 15 stopni. W odpowiedzi na pytania Zamawiający zaakceptował wszystkie trzy możliwości, jednak popełnił omyłkę w zakresie akceptacji ostatniej propozycji. O ile zakres regulacji 30 stopni jest wystarczający z punktu widzenia Zamawiającego (ale należy go traktować jako wartość graniczną), to zakres regulacji 15 stopni dla nasadki okularowej w tego rodzaju mikroskopie jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia użytkowników tego mikroskopu ze strony Zamawiającego. Zamawiający powziął informację o dokonaniu nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia dopiero w momencie dokonania ponownej oceny i badania złożonej oferty oraz po przeanalizowaniu udzielonych w toku postępowania odpowiedzi do wyjaśnień jakie uczestnicy postępowania składali do Zamawiającego. Udzielając dnia 25.06.2018 roku odpowiedzi na pytanie o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczące parametru regulacji nachylenia nasadki Zamawiający błędnie zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia co w efekcie zaferowany przez jednego Wykonawcę przedmiot zamówienia był zgodny z opisem przedmiotu zamówienia lecz nie będzie spełniał realnych oczekiwań Zamawiającego. Należy uznać, że na skutek omyłki w odpowiedzi na pytanie, postępowanie zostało obarczone poważnym błędem, uniemożliwiającym zawarcie umowy o zamówienia.

W imieniu Zamawiającego
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
mgr Rafał Geremek