

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Waga analityczna (1 szt.)

Procesor	Dual Core 2× 1 GHz
Pamięć wewnętrzna	8 GB
Obciążenie maksymalne [Max]	60 g
Obciążenie minimalne [Min]	1 mg
Dokładność odczytu [d]	0,01 mg
Powtarzalność (5% Max)	0,006 mg
Powtarzalność (Max)	0,01 mg
Liniowość	±0,03 mg
Minimalna naważka USP	12 mg
Wymiary komory ważenia	170×200×220 mm
Czas stabilizacji	4 s
Wymiar szalki	∅ 90 mm
Wyświetlacz	Nie mniejszy niż 5" (panel dotykowy)
Interfejs	2xUSB, 2xRS 232, Ethernet, wejścia/wyjścia cyfrowe, Wireless Connection
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Inne cechy	Terminal bezprzewodowy; dwie szalki: ażurowa i pełna; elektroniczna poziomica; programowalny sensor podczerwieni
Masa brutto	Nie mniej niż 14 kg
Gwarancja	min. 24 mies.
Warunki gwarancji: 1) Czas reakcji serwisu, 2) Czas naprawy	1) min. 24 godz. 2) max 14 dni kalendarzowych
Zakres usług: dostawa, montaż, kalibracja, legalizacja, szkolenie	TAK (wymagane)

Uwaga: Zamawiający pod każdą tabelką wskazał produkty, na podstawie których opracował minimalne parametry techniczne spełniające wymagania. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń tej samej klasy, innych producentów, których parametry techniczne nie będą gorsze od wymienionych w tabelach. Wskazane przez Zamawiającego w niektórych pozycjach nazwy i producenci mają na celu określenie klasy i jakości produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu i jakości wymaganej przez Zamawiającego i nie wskazują na konkretny wyrób lub producenta. Za produkt równoważny uznany zostanie produkt, który posiada parametry i jakość nie gorszą od tych, które zostały podane w tabeli, który ma te same cechy techniczne, funkcjonalne i użytkowe, i który opisany jest tymi samymi określeniami technicznymi, które używane są w stosunku do produktu wskazanego w tabeli. Oferując przedmiot zamówienia równoważny wskazanemu pod daną nazwą wykonawca musi wykazać, że przedmiot równoważny posiada te same lub wyższe parametry techniczne. W takim przypadku do oferty należy dołączyć karty katalogowe zawierające opis parametrów oferowanego urządzenia.

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

użytkownika	
-------------	--

Np.: Radwag XA 4Y;

Waga precyzyjna (1 szt.)

Obciążenie maksymalne [Max]	400 g
Obciążenie minimalne [Min]	20 mg
Dokładność odczytu [d]	0,001 g
Powtarzalność (5% Max)	0,0005 g
Powtarzalność (Max)	0,001 g
Liniowość	±0,002 g
Czas stabilizacji	2 s
Minimalna naważka (USP)	1g
Wymiar szalki	∅115 mm
Wyświetlacz	LCD z podświetleniem
Interfejs	2xRS 232, USB-A, USB-B, Wireless Connection
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Inne cechy	możliwością pracy w trudnych warunkach odpowiadającym IP 54
Dodatkowe wyposażenie	Osłona do wagi z szalką 128x128 (2 szt.)
Wymiary urządzenia, dł. x szer.	Nie więcej niż: 350 × 220 mm
Masa brutto	Nie mniej niż 6 kg
Gwarancja	min. 24 mies.

Uwaga: Zamawiający pod każdą tabelką wskazał produkty, na podstawie których opracował minimalne parametry techniczne spełniające wymagania. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń tej samej klasy, innych producentów, których parametry techniczne nie będą gorsze od wymienionych w tabelach. Wskazane przez Zamawiającego w niektórych pozycjach nazwy i producenci mają na celu określenie klasy i jakości produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu i jakości wymaganej przez Zamawiającego i nie wskazują na konkretny wyrób lub producenta. Za produkt równoważny uznany zostanie produkt, który posiada parametry i jakość nie gorszą od tych, które zostały podane w tabeli, który ma te same cechy techniczne, funkcjonalne i użytkowe, i który opisany jest tymi samymi określeniami technicznymi, które używane są w stosunku do produktu wskazanego w tabeli. Oferując przedmiot zamówienia równoważny wskazanemu pod daną nazwą wykonawca musi wykazać, że przedmiot równoważny posiada te same lub wyższe parametry techniczne. W takim przypadku do oferty należy dołączyć karty katalogowe zawierające opis parametrów oferowanego urządzenia.

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Warunki gwarancji:

- 1) Czas reakcji serwisu,
- 2) Czas naprawy

- 1) min. 24 godz.
- 2) max 14 dni kalendarzowych

Zakres usług: dostawa, montaż,
kalibracja, legalizacja, szkolenie
użytkownika

TAK (wymagane)

Np.: Radwag PS 360.R2.H;

Granitowy stół antywibracyjny

Budowa: płyta granitowa osadzona na nogach stalowych malowanych proszkowo.

Szerokość x głębokość x wysokość
stołu

900 x 650 x 800 mm

Wysokość płyty

100 mm

Masa płyty

od 140 do 170 kg

Gwarancja

min. 12 mies.

Warunki gwarancji:

- 1) Czas reakcji serwisu,
- 2) Czas naprawy

- min. 24 godz.
- max 14 dni kalendarzowych

Zakres usług: dostawa, montaż,

TAK (wymagane)

Uwaga: Zamawiający pod każdą tabelką wskazał produkty, na podstawie których opracował minimalne parametry techniczne spełniające wymagania. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń tej samej klasy, innych producentów, których parametry techniczne nie będą gorsze od wymienionych w tabelach. Wskazane przez Zamawiającego w niektórych pozycjach nazwy i producenci mają na celu określenie klasy i jakości produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu i jakości wymaganej przez Zamawiającego i nie wskazują na konkretny wyrób lub producenta. Za produkt równoważny uznany zostanie produkt, który posiada parametry i jakość nie gorszą od tych, które zostały podane w tabeli, który ma te same cechy techniczne, funkcjonalne i użytkowe, i który opisany jest tymi samymi określeniami technicznymi, które używane są w stosunku do produktu wskazanego w tabeli. Oferując przedmiot zamówienia równoważny wskazanemu pod daną nazwą wykonawca musi wykazać, że przedmiot równoważny posiada te same lub wyższe parametry techniczne. W takim przypadku do oferty należy dołączyć karty katalogowe zawierające opis parametrów oferowanego urządzenia.