

FZP/w/2019/EB

Gdynia, dn. 19.06.2019 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne nr **39/FZP/NC/2019**, którego przedmiotem jest dostawa odczynników i drobnego osprzętu laboratoryjnego do prac badawczych i naukowych w podziale na zadania.

Szanowni Państwo!

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Niżej przekazuję treść pytania i odpowiedź.

Pytanie 1. W zadaniu 10 w pozycji 1 wymagają Państwo uszczelki teflonowych, a podany numer katalogowy 061687 wskazuje na uszczelki EEK. Proszę o weryfikację. Czy prawidłowy numer katalogowy to 049457 – uszczelki PTFE do ASE 350?

Odpowiedź 1: podany nr kat. 061687 jest prawidłowy. Chodzi o uszczelki wew. komory ekstrakcyjnej do Dionex ASE Extraction cell peek seals, op. 50 szt.

W imieniu Zamawiającego
mgr Rafał Geremek
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

Strona 1 z 1