



FZP/w/ 20 /2020/TF

Gdynia, dnia 16.01.2020 r.

Nr sprawy PN/02/FZP/NC/2020

WYJAŚNIENIA

TRZĘCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego**”

Zamawiający – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy działając na podstawie art. 38. ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r, poz. 1843) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Niżej przekazuję treść pytań i odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla części 13 do 100 dni od daty otrzymania zamówienia?

Uzasadnienie.

System Microtox LX (kod AZF60A000) jest obecnie wyprzedany z magazynu producenta. Produkowana jest nowa seria urządzeń i uwzględniając czas produkcji wynoszący 120 dni zwracamy się z pytaniem o wydłużenie terminu dostawy. Pozostałe produkty wskazane w Zadaniu nr 13 są dostępne w czasie 21 dni, tak jak wymagane jest w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie informujemy że został zmodyfikowany załącznik nr 5 - wzór umowy.

W imieniu Zamawiającego

Dyrektor

dr Piotr Margoński