

FZP/w/2022/TF

Gdynia, dn. 26.07.2022 r.

Dotyczy: postępowania którego przedmiotem jest Zakup części wymiennych do mikroskopów. Znak postępowania nr 49/FZP/SZ/2022”.

Zamawiający – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego. Niżej przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o wskazanie modelu mikroskopu, do którego ma być wykorzystany statyw mikroskopowy oraz mikrometr okularowy.
2. Jaką odległość roboczą ma głowica, która zostanie osadzona w statywie mikroskopu?
3. Czy statyw ma być wyposażony w oświetlacz do światła odbitego?

Ad1.:

- głowica NIKON SMZ800 oraz okular 10x/22mm

Ad. 2:

- odległość robocza 80mm dla obiektywu 1x, w który jest wyposażona głowica,

Ad. 3:

Nie, nie ma być wyposażony w oświetlacz do światła odbitego.

W imieniu Zamawiającego

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Rafał Geremek